

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 梁凤玲	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 怀化市妇产科医院	
项目信息	项目名称	16 排 CT 球管采购
	供应商名称	西门子医疗系统有限公司
	情况说明	需与医院现有 CT 配套使用, 只能从唯一供应商处购置
专业人员论证意见	<p>球管是CT的核心部件, 西门子16排 Somatom Emotion 16 CT 只有原厂球管适配已主机, 其它品牌球管不能适配兼容, 且西门子医疗系统有限公司指定长沙坤宁科技有限公司为医院的唯一授权经销商, 符合单一来源采购要求。</p>	
专业人员签字	梁凤玲	日期: 2025.7.15

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	彭开建
	职称:	主任药师
	工作单位:	湖南医药学院总医院
项目信息	项目名称	16排CT球管采购
	供应商名称	西门子医疗系统有限公司
	情况说明	需与医院现有CT配套使用,只能从唯一供应商处购置
专业人员论证意见	<p>1. 现有SOMATOM EMOTION 16CT为西门子,而16排CT球管为其配套配件,与CT配套使用,其他对管无法匹配使用.</p> <p>2. 配套球管只能从唯一供应商处购置. 西门子医疗系统有限公司为唯一供应商.</p> <p>据此,建议采用单一来源采购.</p>	
专业人员签字	彭开建	日期: 2025. 7. 15

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张丽君
	职称:	会计师
	工作单位:	汝阳县财政局
项目信息	项目名称	16排CT球管采购
	供应商名称	西门子医疗系统有限公司
	情况说明	需与医院现有CT配套使用,只能从唯一供应商处购置
专业人员论证意见	<p>1. 现有CT为西门子16排CT,其CT球管为配套配件,其他球管不配套,无法使用。</p> <p>2. 西门子医疗系统有限公司为唯一供应商。</p> <p>建议:采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字	张丽君	日期: 2025年7月15日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

